Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Входящий № сопроводит. документа и дата	Подпись	Дата
	измененных	замененных	новых	аннулированных					

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ

РВ7-32

Формуляр

Хв2.710.027 ФО

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки прибора приведен в табл. 2.

Таблица 2

Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Заводской номер	Обозначение укладочного или упаковочного места	Примечание
I. 2.710.028	Вольтметр универсальный цифровой РВ7-32	I	218x77x273	2,8			
2. 2.710.027 ТО	Вольтметр универсальный цифровой РВ7-32. Техническое описание и инструкция по эксплуатации	I					
3. 2.710.027 ФО	Вольтметр универсальный цифровой РВ7-32. Формуляр	I					
4. 4.678.002	Шунт	I					

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Сведения о содержании в приборе драгоценных материалов

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в I шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
<u>Золото</u>								
Цанга	Е38.239.610	Э063-1216	27	I	0,00017	0,0046		
Контакт	Хв7.732.388	Тг6.622.131	I	4	0,004	0,016		
То же	Хв7.732.388	Тг6.622.132	I	I	0,004	0,004		
- " -	Хв7.732.388	Тг6.622.132-01	I	I	0,004	0,004		
Микросхемы:								
564ТМ2	6К0.347.064 ТУI	Хв4.883.002	2	I	0,036	0,072		
564ЛА7	6К0.347.064 ТУI	То же	9	I	0,014	0,126		

priborstandart.ru

18. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Продолжение табл. 2

Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры, мм	Масса, кг.	Заводской номер	Обозначение укладочного или упаковочного места	Примечание
5. 4.853.036-01	Кабель соединительный	I					Черный
6. 4.853.036-02	Кабель соединительный	I					Красный
7. 4.853.129	Кабель	I					К3
8. 4.853.136-01	Кабель	I					К4
9. 4.266.001	Щуп игольчатый	2					
10. 0.480.003 ТУ	Вставка плавкая ВПI-I 0,25А 250В	2					
II. 3.585.349 ТУ	Батарея аккумуляторная IОНКГЦ-ID	I					
I2. 3.585.349 Ф	Батарея аккумуляторная IОНКГЦ-ID. Формуляр	I					

priborstandart.ru

Продолжение табл. 2

Обозначение	Наименование	Количество	Габаритные размеры, мм	Масса, кг	Заводской номер	Обозначение укладочного или упаковочного места	Примечание
I3. 4.I6I.095	Ящик	I					
I4. 4.880.0II	Крышка	I					

Представитель ОТК _____ (подпись)

"___" _____ I9 г

I7. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ ИНСПЕКТИРУЮЩИМИ И ПРОВЕРЯЮЩИМИ ЛИЦАМИ

Таблица I5

Дата	Вид осмотра или проверки	Результат осмотра или проверки	Должность, фамилия и подпись проверяющего	Примечание

priborstandart.ru

I6. СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ПРИБОРА

Таблица I4

Наименование и обозначение составной части прибора	Основания для сдачи в ремонт	Дата		Наименование ремонтного органа	Количество часов работы до ремонта	Вид ремонта (текущий, средний и другие)	Наименование ремонтных работ	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	
		поступления в ремонт	выхода из ремонта					производившего ремонт	принявшего из ремонта

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Вольтметр универсальный цифровой РВ7-32 заводской номер _____ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска "___"_____I9___г.

МП Представитель ОТК _____
подпись

МК Первичная ведомственная поверка проведена

Поверитель _____
подпись

priborstandart.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

15. СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КАТЕГОРИИ ПРИБОРА

Таблица 13

Дата	Основание для установления категории	Установленная категория	Должность, фамилия и подпись ответственного лица	Примечание

Примечание. Категорию прибора устанавливают на основании документов, разрабатываемых заказчиком.

priborstandart.ru

I4. СВЕДЕНИЯ О ЗАМЕНЕ СОСТАВНЫХ ЧАСТЕЙ ПРИБОРА, В ТОМ ЧИСЛЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ ЗА ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица I2

Снятая часть				Вновь установленная часть		Дата, должность, фамилия и подпись лица, ответственного за проведение замены
Наименование и обозначение	Заводской номер	Число отработанных часов	Причина выхода из строя	Наименование и обозначение	Заводской номер	

5. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Вольтметр универсальный цифровой РВ7-32 Заводской номер _____ упакован согласно требованиям, предусмотренным конструкторской документацией.

Дата упаковки "___" _____ I9 г.

Упаковку произвел _____
(подпись)

М.П.

Изделие после упаковки принял _____
(подпись)

priborstandart.ru

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие прибора всем требованиям ТУ на него при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения в течение:

гарантийного срока хранения 12 мес. с момента отгрузки прибора потребителю для приборов с приемкой заказчика и 6 мес. для приборов с приемкой ОТК;

гарантийного срока эксплуатации 18 мес. с момента ввода прибора в эксплуатацию.

Ввод прибора в эксплуатацию в период гарантийного срока хранения прекращает его течение. Если прибор не был введен в эксплуатацию до истечения гарантийного срока хранения, то началом гарантийного срока эксплуатации считается момент истечения гарантийного срока хранения.

Гарантийный срок продлевается на время от подачи рекламаций до введения прибора в эксплуатацию силами изготовителя.

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1. В случае отказа прибора в работе или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при первичной приемке прибора, потребитель должен вносить в адрес Краснодарского завода РИП, 350072, г.Краснодар, ул.Московская, 5, письменное извещение со следующими данными:

обозначение прибора, заводской номер, дата выпуска, дата ввода в эксплуатацию и количество часов работы до отказа;

наличие заводских пломб;

характер дефекта (или некомплектности);

наличие у потребителя контрольно-измерительной аппаратуры для проверки прибора;

Продолжение табл. II

Проверяемая характеристика			Дата проведения измерения									
Наименование и единица измерения	Величина		19 г.			19 г.			19 г.			19 г.		
	номинальная (проверяемая точка)	предельного отклонения	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)		Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)		Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)		Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	
20 мА	19,00 мА	±7,7												
200 мА	190,0 мА	±7,7												
2000 мА	1900 мА	±7,7												

priborstandart.ru

- адрес, по которому должен прибыть предоставитель завода, номер телефона;
- какие документы необходимы для получения пропуска.

7.2. Рекламации на прибор не предъявляют:
- по истечении гарантийного срока;
- при нарушении потребителем правил эксплуатации, хранения, транспортирования, предусмотренных эксплуатационной документацией.

7.3. Все предъявленные рекламации, их краткое содержание и меры, принятые по рекламациям, регистрируются в табл. 3.

Таблица 3

Дата	Краткое содержание предъявленной рекламации	Меры, принятые по рекламации

Продолжение табл. II

Проверяемая характеристика			Дата проведения измерения					
Наименование и единица измерения	Величина		I9 г.		I9 г.		I9 г.	
	номинальная (проверяемая точка)	предельного отклонения	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)
в) сопротивления постоянному току								
предел 0,2 кОм	0,I900 кОм	±6,8						
2 кОм	I,900 кОм	±5,8						
20 кОм	I9,00 кОм	±5,8						
200 кОм	I90,0 кОм	±5,8						
2000 кОм	I900 кОм	±7,7						
20 МОм	I9,00 МОм	±24						
г) силы постоянного тока								
предел 0,2 мА	0,I900 мА	±7,7						
2 мА	I,900 мА	±7,7						

priborstandart.ru

8. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Таблица 4

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение
установки на хранение	снятия с хранения		

Примечание. Заполнение таблицы обязательное.

Продолжение табл. II

Проверяемая характеристика	Величина		Дата проведения измерения							
			19 г.		19 г.		19 г.			
Наименование и единица измерения	номинальная (проверяемая точка)	предельного отклонения	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)		
	±19,90 В	±4								
20 В	±199,0 В	±4								
200 В	±1000 В	±3								
1000 В										
б) напряжения переменного тока частотой 1 кГц										
предел 0,2 В	0,1900 В	±8,7								
2 В	1,900 В	±8,7								
20 В	19,00 В	±12,5								
200 В	190,0 В	±12,5								
300 В	300 В	±4,5								

priborstandart.ru

13. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Таблица II

Проверяемая характеристика			Дата проведения измерения					
Наименование и единица измерения	Величина		19 г.		19 г.		19 г.	
	номинальная (проверяемая точка)	предельного отклонения	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)	Фактическая величина	Замерил (должность, подпись)
I. Основная погрешность измерения в единицах младшего разряда:								
а) напряжения постоянного тока								
предел 0,2 В	±0,1990 В	±4						
2 В	±1,990 В	±4						

9. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И ЗАКРЕПЛЕНИИ ПРИБОРА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

9.1. Сведения о движении прибора при эксплуатации

Таблица 5

Поступил		Отправлен		
откуда	номер и дата приказа (наряда)	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за приемку	куда	номер и дата приказа (наряда)	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за отправку

priborstandart.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

СВЕДЕНИЯ О СОДЕРЖАНИИ В ПРИБОРЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Марка металла	Суммарная масса металла	
	без учета массы металлов, входящих в детали с покрытием из драгоценных материалов	в деталях с покрытием из драгоценных материалов
АЛ2	I,356 кг	
ЛС59-I	0,054 кг	I0 г

priborstandart.ru

9.2. Сведения о закреплении прибора при эксплуатации

Таблица 6

Должность	Фамилия лица, ответственного за эксплуатацию	Номер и дата приказа		Подпись ответственного лица
		о назначении	об отчислении	

12. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 10

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

priborstandart.ru

II. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Таблица 9

Дата и время отказа прибора или его составной части. Режим работы, характер нагрузки	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина неисправности (отказа), количество часов работы отказавшего элемента прибора	Принятые меры по устранению неисправности, расход ЗИП и отметка о направлении рекламации	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за устранение неисправности	Примечание

Примечание. В графе "Примечание" указывают время, затраченное на устранение неисправности, и другие необходимые данные.

IO. УЧЕТ РАБОТЫ
(учет часов работы)

Таблица 7

Дата	Цель включения в работу	Источник питания	Время включения	Время выключения	Продолжительность работы

priborstandart.ru

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в 1 шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
Палладий								
Плата	Хв7.103.088	Хв4.883.003	1	1	0,01	0,01		
То же	Хв7.103.089	Хв4.883.002	1	1	0,03	0,03		
						0,04		
Индий								
Стабилитрон: Д818Г	СМ3.362.025 ТУ	Хв4.883.002	1	1	0,0012	0,0012		
						0,0012		

СОДЕРЖАНИЕ

I. Общие указания 3
2. Основные технические данные и характеристики 4
3. Комплект поставки 9
4. Свидетельство о приемке I2
5. Свидетельство об упаковке I4
6. Гарантийные обязательства I5
7. Сведения о рекламациях I5
8. Сведения о хранении I7
9. Сведения о движении и закреплении прибора при эксплуатации I8
I0. Учет работы 20
II. Учет неисправностей при эксплуатации 23
I2. Учет технического обслуживания 24
I3. Периодическая проверка основных нормативно-технических характеристик 25
I4. Сведения о замене составных частей прибора, в том числе и комплектующих изделий, за время эксплуатации 29
I5. Сведения об установлении категории прибора 30
I6. Сведения о ремонте прибора 3I
I7. Сведения о результатах проверки инспектирующими и проверяющими лицами 32
I8. Особые отметки 33
ПРИЛОЖЕНИЕ I. Сведения о содержании в приборе драгоценных материалов 34
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Сведения о содержании в приборе цветных металлов 42

priborstandart.ru

I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

I.I. Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с техническим описанием и инструкцией по эксплуатации данного прибора.

I.2. Формуляр должен постоянно находиться с прибором.

I.3. Все записи в формуляре производят только чернилами, отчетливо и аккуратно. Подчистки, помарки и незаверенные исправления не допускаются.

I.4. Разделы 2-5 формуляра заполняют на предприятии-изготовителе прибора, разделы 7-I8 - во время эксплуатации прибора.

I.5. В начале и в конце хранения прибора необходимо заполнять соответствующую графу таблицы формуляра "Сведения о хранении".

I.6. Перед вводом прибора в эксплуатацию необходимо проверять заполнение таблицы формуляра "Сведения о хранении" и делать отметку в формуляре о начале эксплуатации в таблице "Учет работы".

Незаполнение потребителем в период гарантийного срока эксплуатации таблиц "Сведения о хранении" и "Учет работы" является нарушением правил эксплуатации.

I.7. В послегарантийный период, при невозможности проведения сложного ремонта прибора силами потребителя, ремонт осуществляет предприятие-изготовитель. Поставка ремонтно-технической документации производится в соответствии с выделенными фондами.

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в I шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	в изделии				
Серебро	Хв7.732.308-01	3063-I2I7	27	I	0,002442	0,06599		
Контакт	Хв7.732.194	Хв3.645.006	6	I	0,04602	0,27612		
Контакт	Хв7.103.088	Хв4.883.002	I	I	0,09794	0,09794		
Плата						I,I5I42		

priborstandart.ru

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Масса в I шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии			
Серебро							
Вилка РЛМИ2 (23К,3Л)	ЕеО.364.008 ТУ	Хв4.863.043	I	I	0,II	0,II	
ШС-ОП Розетка РЛМИ2 (23К, 3Н) ГС-П	То же	Хв4.863.002	I	I	0,I2	0,I2	

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.I. Основные технические данные и характеристики прибора приведены в табл. I.

Таблица I

Измеряемая величина	По ТУ	Фактические данные	Примечание
Напряжение постоянного тока			
- диапазон измерения, В	$I0^{-4}$–$I0^{3}$		
- основная погрешность на пределах измерения:			
а) 0,2 В; 2 В; 20 В; 200 В			
$\pm(0,I + 0,I\,U_n/U_x)$ %			
в точках: 0,I99 В	3,2		
I,99 В	3,2		
I9,9 В	3,2		
I99 В	3,2		
единиц младшего разряда;			

priborstandart.ru

Продолжение табл. I

Измеряемая величина	По ТУ	Фактические данные	Примечание
б) I000 В $\pm(0,I+0,2\frac{U_n}{U_x})\%$ в точке I000 В, единиц младшего разряда	2,4		
Напряжение переменного тока частотой 40 Гц – 20 кГц – диапазон измерения, В – основная погрешность на пределах измерения: а) 0,2 В; 2 В $\pm(0,3+0,I5\frac{U_n}{U_x})\%$ в точках: 0,I9 В I,9 В, единиц младшего разряда; б) 20 В; 200 В $\pm(0,5+0,I5\frac{U_n}{U_x})\%$ в точках: I9 В I90 В, единиц младшего разряда; в) 300 В $\pm(0,5+I,0\frac{U_n}{U_x})\%$ в точке 300 В, единиц младшего разряда	$I0^{-4}$–$3\cdot I0^{2}$ 7 7 I0 I0 3,6		Кг=0,5%
Напряжение переменного тока частотой 20 кГц – I00 кГц – диапазон измерения, В	$I0^{-4}$–I00		

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты: Количество	Количество в изделии	Масса в I шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
Серебро	Хв7.I03.088						
Плата	Хв4.883.003	I	I	0,093	0,093		
Микросхемы:							
I64ИЦ	Ив3.088.070 ТУ7	I	I	0,025	0,025		
I64ИЕ2	Ив3.088.070 ТУ5	4	I	0,025	0,I		
308ПР6	сК0.347.358 ТУ	I	I	0,029	0,029		
Транзистор 2Т803А	Тв3.365.008 ТУ	I	I	0,I5	0,I5		

priborstandart.ru

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии			
Золото							
Транзисторы:							
2Т803А	Ie3.365.008 ТУ	Хв4.883.002	I	I	0,032		
Диоды:							
2С191У	ТТ3.362.125 ТУ	Хв4.883.002	I	I	$\frac{0,001}{1,1786}$		

Продолжение табл. I

Измеряемая величина	По ТУ	Фактические данные	Примечание
– основная погрешность на пределах измерения:			
а) 0,2 В; 2 В			
$\pm(1,0+0,25\frac{U_n}{U_x})\%$			
в точках: 0,19 В	19,2		
1,9 В,	19,2		Кг=0,5%
единиц младшего разряда;			
б) 20 В			
$\pm(1,5+0,25\frac{U_n}{U_x})\%$			
в точке 19 В,	26,8		
единиц младшего разряда;			
в) 100 В			
$\pm(1,5+0,5\frac{U_n}{U_x})\%$			
в точке 100 В,	16		
единиц младшего разряда			
Сопротивление постоянному току			
– диапазон измерения, кОм	10^{-4}–$2\cdot10^{4}$		
– основная погрешность на пределах измерения:			
а) 0,2 кОм			
$\pm(0,2+0,15\frac{R_n}{R_x})\%$			
в точке 0,19 кОм,	5,4		
единиц младшего разряда;			
б) 2 кОм; 20 кОм; 200 кОм			
$\pm(0,2+0,1\frac{R_n}{R_x})\%$			

priborstandart.ru

Продолжение табл. I

Измеряемая величина	По ТУ	Фактические данные	Примечание
в точках: I,9 кОм	4,6		
I9 кОм	4,6		
I90 кОм,	4,6		
единиц младшего разряда;			
в) 2000 кОм			
$\pm(0,3+0,1\frac{R_п}{R_x})\%$			
в точке I900 кОм,	6,2		
единиц младшего разряда;			
г) $2\cdot10^4$кОм			
$\pm(1,0+0,25\frac{R_п}{R_x})\%$			
в точке I9000 кОм,	I9,2		
единиц младшего разряда			
Сила постоянного тока			
– диапазон измерения, мА	10^{-4}–$2\cdot10^3$		
– основная погрешность			
на пределах измерения:			
а) 0,2 мА; 2 мА; 20 мА;			
200 мА; 2000 мА			
$\pm(0,3+0,1\frac{I_п}{I_x})\%$			
в точках: 0,I9 мА	6,2		
I,9 мА	6,2		
I9 мА	6,2		
I90 мА	6,2		
I900 мА,	6,2		
единиц младшего разряда			

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты			Масса в I шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
		Обозначение	Количество	Количество в изделии				
Микросхемы:								
I53УД	ОКО.347.010 ТУ	Хв4.883.003	2	I	0,013	0,026		
544УДIА	ОКО.347.040 ТУ	То же	3	I	0,018	0,054		
I40УД5Б	ОКО.347.004 ТУ3	–"–	I	I	0,026	0,026		
Золото								
Транзисторы:								
2П301АI	ЖК3.365.202 ТУ	Хв4.884.003	I4	I	0,009	0,126		
2П305А	ТЮ.336.001 ТУ	То же	I	I	0,01	0,01		
2Т208Б	ЮЗ.365.035 ТУ	–"–	4	I	0,009	0,036		
2Т312В	ЕЖ3.365.143 ТУ	Хв4.883.002	5	I	0,01	0,05		
2Т326Б	ЦТС.336.003 ТУ	То же	2	I	0,008	0,016		
2Т608Б	ИЭ3.365.013 ТУ	–"–	2	I	0,023	0,046		

priborstandart.ru

Продолжение

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплекты: Обозначение	Количество	Количество в изделии	Масса в 1 шт., г	Масса в изделии, г	Номер акта	Примечание
Микросхемы:								
564ЛА9	сК0.347.064 ТУ21	Хв4.883.002	2	1	0,014	0,028		
564ЛЕ5	сК0.347.064 ТУ13	То же	1	1	0,012	0,012		
164ИД1	И63.088.070 ТУ7	-"-	1	1	0,019	0,019		
164ИЕ2	И63.088.070 ТУ5	-"-	4	1	0,019	0,076		
142ЕК2Б	ТР3.458.000 ТУ	-"-	1	1	0,017	0,017		
140УД6А	сК0.347.004 ТУ4	-"-	1	1	0,017	0,017		
564ИЕ11	сК0.347.064 ТУ3	-"-	1	1	0,001	0,001		
120ПР1	сК0.347.039 ТУ	-"-	3	1	0,036	0,108		
168КТ2В	ИП0.308.029 ТУ	Хв4.883.002	2	1	0,009	0,018		
168КТ2Б	То же	Хв4.883.003	3	1	0,009	0,027		
198НТ1Б	ШП0.348.002 ТУ	То же	2	1	0,009	0,018		
564ЛП2	сК0.347.064 ТУ13	Хв4.883.002	1	1	0,0117	0,0117		

Продолжение табл.1

Измеряемая величина	По ТУ	Фактические данные	Примечание
Сила переменного тока частотой 40 Гц - 20 кГц			
- диапазон измерения, мА	10^{-4}-2 10^{3}		
- основная погрешность на пределах:			$K_г$=0,5%
а) 0,2 мА,2мА;20мА;200мА			
±(0,5+0,2 $I_п/I_x$)%			
в точках: 0,19 мА	11,4		
1,9 мА	11,4		
19 мА	11,4		
190 мА,	11,4		
единиц младшего разряда			
б) 2000 мА			
±(1,0+0,2 $I_п/I_x$)%			
в точке 1900 мА, единиц младшего разряда	19,4		

где $K_г$ - коэффициент гармоник;

U_x, I_x, R_x - показания прибора или номинальное значение меры (при поверке) напряжения, силы тока, сопротивления;

$U_п$, $I_п$, $R_п$ - пределы измерения напряжения, силы тока, сопротивления.

Предсте итель ОТК _____
/подпись/

Представитель заказчика _____
/подпись/

2.2. Сведения о содержании в приборе драгметаллов приведены в приложении 1.

2.3. Сведения о содержании в приборе цветных металлов приведены в приложении 2.

priborstandart.ru

ВОЛЬТМЕТР УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ

РВ7-32

Формуляр

2.710.027 ФО

priborstandart.ru

Priborstandart.ru