

Таблица 2

Наименование	Обозначение	Сборочные единицы, комплексы, комплекты		Кол-во в изделии	Кол-во в шт., г	Масса в шт., г	Масса в шт., г	Примечание
		КОЛ-ВО	КОЛ-ВО					
СЕРБРО	5 ПТВ.557.049	6 ПТВ.265.007	6 ПТВ.367.054	2	0,0021	0,0042	0,0042	Контакт
	5 ПТВ.557.016	6 ПТВ.265.014	6 ПТВ.367.054	4	0,0021	0,0082	0,0042	
Катушка	5 ПТВ.557.014	6 ПТВ.367.054	6 ПТВ.263.025	6	0,0021	0,0126	0,0126	Контакт
	5 ПТВ.557.012	6 ПТВ.263.025	6 ПТВ.263.025	5	0,0140	0,0700	0,0700	
	5 ПТВ.557.011	6 ПТВ.263.025	6 ПТВ.263.025	3	0,0141	0,0422	0,0422	
	5 ПТВ.521.000.07	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	1	0,0063	0,0063	0,0063	
	5 ПТВ.521.000.08	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	4	0,0063	0,0253	0,0253	
	5 ПТВ.521.000.09	5 ПТВ.005.076.01	5 ПТВ.005.076.01	1	0,0126	0,0126	0,0126	
	5 ПТВ.521.000.10	5 ПТВ.005.076.01	5 ПТВ.005.076.01	4	0,0127	0,0508	0,0508	
	5 ПТВ.521.000.11	6 ПТВ.264.131	6 ПТВ.264.131	2	0,0068	0,0136	0,0136	
	5 ПТВ.520.475	6 ПТВ.367.055	6 ПТВ.367.055	1	0,0196	0,0196	0,0196	
	5 ПТВ.005.055	5 ПТВ.005.068	5 ПТВ.005.076.1	1	0,5780	0,5780	0,5780	
Корпус	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	1	0,5780	0,5780	0,5780	Контакт
	5 ПТВ.005.076.1	5 ПТВ.005.076.1	5 ПТВ.005.076.1	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.3	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.1	5 ПТВ.005.076.1	5 ПТВ.005.076.1	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.3	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.1	5 ПТВ.005.076.1	5 ПТВ.005.076.1	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	5 ПТВ.005.076.2	1	0,5780	0,5780	0,5780	
	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.3	5 ПТВ.005.076.3	1	0,5780	0,5780	0,5780	

2. Комплект поставки

- 2.1. Прибор—1 шт.
 2.2. Гальванические элементы—5 шт.
 2.3. Гибкие соединительные проводники общим сопротивлением не более 0,005 Ом—2 шт.
 2.4. Техническое описание и инструкция по эксплуатации — 1 экз.
 2.5. Паспорт—1 экз.

3. Свидетельство о приемке

Прибор, заводской номер _____, соответствует требованиям ТУ 25-04-118-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____ 198 г.

и. п.

Контролер ОТК _____

4. Заключение представителя заказчика

Прибор, заводской номер _____, соответствует ТУ 25-04-118-77 и признан годным для эксплуатации.

Дата приемки " _____ " _____ 198 г.

и. п.

Представитель заказчика _____

подпись

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие моста постоянному току Р333 требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
 Гарантийный срок хранения устанавливается 6 месяцев с момента изготовления. Гарантийный срок эксплуатации—18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
 5.2. Дата ввода в эксплуатацию _____

подпись

6. Сведения о рекламациях

В случае потери изделием работоспособности или снижения показателей качества ниже установленных норм при условии соблюдения требований раздела „Гарантийные обязательства“ потребитель оформляет рекламационный акт в установленном порядке и направляет по адресу: 350010, г. Краснодар, ул. Зиповская, 5, ПО „Краснодарский ЗИП“, ОТК.

ПО «КРАСНОДАРСКИЙ ЗИП»



Мост постоянного тока измерительный РЗЗЗ

П а с с п о р т

1. Основные технические данные и характеристики

1.1. Основные технические данные и характеристики прибора
приведены в табл. 1.

Таблица 1

Наименование и обозначение прибора	Номер прибора	Класс точности	Диапазон измерений, Ом
Мост постоянного тока измерительный РЗЗЗ		0,5	от 1 до 99990 вкл.
		1	от 1 · 10 ⁻¹ до 0,9999 вкл.
		5	от 5 · 10 ⁻³ до 0,0999 вкл.
		5	от 10 ⁻⁶ до 999900 вкл.

1.2. Сведения о содержании драгоценных материалов в приборе приведены в табл. 2.